



Installation, Gebrauch und Instandhaltung

Registriergerät für Grafikregler mit kontinuierlicher Datenspur

SERIE	
W150	W650EP

INDEX

1. MONTAGE
2. TECHNISCHE DATEN
3. IDENTIFIKATION DER INSTRUMENTE
4. ANSCHLÜSSE
5. AUSMASSE
6. FUNKTIONEN DER UHR
7. SCHREIBEN
8. ERSETZEN DER SCHREIBPATRONEN
9. ANSCHLUSS DER POTENTIOMETER-LEITERPLATTE
10. PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE
11. INBETRIEBNAHME
12. INSTANDHALTUNG
13. FEHLFUNKTIONEN: SYMPTOME, URSACHEN UND BEHEBUNG
14. REINIGUNG DES REGLERS
15. NULLEINSTELLUNG DES MESSELEMENTES
16. KALIBRIERUNG DER INSTRUMENTE

Bei Installationsproblemen oder funktionalen Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Vertreter vor Ort oder das Technische Kundendienstservice in Cernusco.

**OMC s.r.l. - Via Galileo Galilei, 18 - 20060
Cassina de Pecchi (MI) - ITALY**

Tel.: (+39) 02.95.28.468 - Fax: (+39) 02.95.21.495 - info@omcsrl.com



1. MONTAGE

Die Instrumente verfügen über vier Standbeine für die Montage am Schaltbrett oder auf der Wand. Auf Anfrage wird ein Montageset zur Installation auf einer 2" Richtplatte mitgeliefert (vertikal oder horizontal).

Anmerkung: Es ist besonders auf den Montageort der Instrumente achtzugeben, damit diese von Vibrationen, korrosiven Gasen, Feuchtigkeit und Temperaturen über den zulässigen Werten geschützt sind.

1.1 Montage am Schaltbrett

Bei der Montage am Schaltbrett ist das Gehäuse in die vorgesehene Öffnung des Schaltbrettes einzulassen und mit den vier Standbeinen auf den dafür vorgesehenen Anschlagplättchen zu fixieren. (siehe Fig. 1.1.1 und 1.1.2).



1.2 Wandmontage

Für die Montage auf der Wand braucht man zwei Profileisen mit Fixierklammern. Das Gehäuse mit vier Durchsteckschrauben M6 fixieren, die an die Gewindelöcher der Montagesäulen anzuschrauben sind (siehe Fig. 1.2).





Fig. 1.2



2. TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Druckgußaluminium mit säureresistenter Lackierung	
Schutzgrad	IP54	
Montage	Wand oder Schaltpult	
Tolleranzwerte max.	≤ 1%	
Hysterese	≤ 0.5%	
Linearität	≤ 0.5%	
Wiederholbarkeit	≤ 0.5%	
Raumtemperatur	-20....+ 80 °C	
Pneumatische Anschlüsse	1/4" NPT	
Druckluftzuführung	20±1.5 psi / 1.4 ± 0.1 bar	35 ± 1.5 psi / 2.4 ± 0.1 bar
Ausgang	3÷15 psi / 0.2÷1 bar	6÷30 psi / 0.4÷2 bar
Proportionalverhalten	Proportionalband Infinitiv ±200%	
Integralverhalten	>0...>10 Wh./Min.	
Luftkonsum im Trägheitsstatus	Luftzufuhr 20 psi / 1.4 bar 0,13 Nm³/h	
Luftdurchflussmenge	Luftzufuhr 20 psi / 1.4 bar 2,6 Nm³/h	
Duchmesser Diagramm	8"(200mm)	
Registrierbreite	76mm	
Diagrammrotation	1 Umdrehung / 24 Stunden (std)	
Antrieb der Uhr	Mechanisch oder mit Batterie1,5V	
Gewicht	~7 Kg	

NUR SERIE W650EP

Elektrischer Antrieb	24V 50Hz. (110/220V Optional)		
Energieverbrauch	1 VA		
Eingangssignal	4÷20mA 0÷20mA 1÷5V	T.C.(mV).	PT100 -100÷400°C Feld: 50°C min e 200°C max.
Nulldrift bei Raumtemperaturschwankungen zwischen 0° und 60° C	< 0,15% / 10°C		

3. IDENTIFIZIERUNG DER INSTRUMENTE


Die zur Identifikation notwendigen Daten (Modell, Seriennummer, Antrieb, Elemente, Skala, usw...) sind auf der Etikette im Inneren des Instrumentes angegeben.

4. ANSCHLÜSSE

Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses. Die bunten Kennschilder nahe der Anschlussstellen kennzeichnen die Messteile und die dazugehörigen Schreibfedern.

ANSCHLÜSSE MESSTEILE	DRUCKELEMENT	ANSCHLUSS MIT GEWINDE 1/2"GAS M (std))
	TEMPERATURELEMENT	KAPILLARE 2m ANSCHLUSS 3/4" GAS M (std)
	EMPFANGSELEMENT	ROHRVERBINDUNGSTEIL 4x5mm
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	EXTERNER KABELANSCHLUSS UND INTERNE KLEMME	

5. AUSMASSE



6. FUNKTIONEN DER UHR (Fig. 6)

6.1 Elektrische Uhr


Die Antriebskabel auf der Rückseite des Instrumentes am Kabelstecker anstecken. Die Kabel am zweipoligen Kabelklemmer auf der Innenseite des Gerätes befestigen.

6.2 Mechanische Uhr

Das Zahnrad "1" gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

6.3 Uhr mit Batteriebetrieb

Die Diagrammscheibe entnehmen und eine Batterie mit 1,5V einlegen.



7. SCHREIBEN

Die Instrumente werden schon mit den Schreibstiften auf die entsprechenden Schreibfedern aufgesetzt geliefert. Zur Inbetriebnahme sind die Schutzkappen aus Plastik von den Schreibspitzen abzunehmen.



ART DES REGISTRIERGERÄTES	FARBEN	
	ERSTE FEDER	ZWEITE FEDER
EINE FEDER - SINGLE PEN	BLAU KURZ	-
ZWEI FEDERN	ROT KURZT	BLAU MITTEL

8.2 ERSETZEN DER SCHREIBPATRONEN

A) Die Schreibfeder gut festhalten und die Schreibpatrone nach unten herausziehen.

B) Eine neue Patrone mit gleicher Farbe und Länge einsetzen.

9. ANSCHLUSS DER POTENTIOMETER- LEITERPLATTE

BEVOR DIE FUNKTIONSART
GEWÄHLT ODER VERÄNDERT
WIRD, SICHERSTELLEN, DASS DIE
PLATTE NICHT IN BETRIEB IST




Fig. 9

	RX1	RX2		DIP-SWITCH	EINGANG
TR 50°C	230KΩ	230KΩ			THERMOWIDERSTAND
TR 100°C	180KΩ	180KΩ			
TR 150°C	100KΩ	100KΩ			
TR 200°C					
TR 250°C					
TR 300°C	50KΩ	50KΩ			
0÷10 V	100KΩ	100KΩ		SPANNUNG	
4÷20 mA	100KΩ	100KΩ		STROM	

10. PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE

10.1. ANSCHLUSS AN DIE DRUCKLUFTZUFUHR (Fig. 10.1.1)

Die pneumatischen Anschlüsse (1/4" NPT) befinden sich im hinteren Gehäuseteil und sind mit "SUPP" (Eingang der Druckluft) und "OUT" (Ausgang Kontrollsignal) beschriftet. Die erzielbaren Ergebnisse mit den pneumatischen Instrumenten sind stark von der Reinheit der zugeführten Luft abhängig. Die Installation eines Filters ist vorgesehen, normalerweise wird dieser im Bereich des Druckluftreduzierers, vor jedem anderen Instrument eingebaut. Die pneumatischen Anschlüsse müssen aus nicht eisenhaltigem Material sein (Kupfer, Nylon, Polyäthylen) um Verrostung zu vermeiden. Die Zufuhrleitung soll idealerweise nach oben Richtung Instrument zeigen und soll dabei eine horizontale Steigung von 2% nicht unterschreiten; die Abzweigung der Hauptlinie zum Luftkollektor muß im oberen Rohrbereich stattfinden, um Kondenswasser am Instrument zu vermeiden. Es kann ein Feuchtigkeitsabscheider vor dem Filter installiert werden, der alle Flüssigkeitsrückstände (Wasser, Öl) die in der zugeführten Luft enthalten sein könnten, eliminiert. Zur korrekten Funktion des Reduktionsfilters darf die Druckluft nicht geringer als 2,8 - 3 bar sein. Es ist nicht ratsam, einen einzigen Reduktionsfilter für mehrere Instrumente zu verwenden, da unvorhergesehene Schwankungen im Konsum die Funktion der einzelnen Regler stören könnten.

N.B. Für Regler mit automatisch/manuellem Umschalter siehe Paragraph 10.4





Fig. 10.1.1 "ANSCHLUSS AN DIE DRUCKLUFTZUFUHR"

10.2. ANSCHLUSS AN DAS REGULATIONSVENTIL (Fig. 10.2.1)

Das ausgehende regulierte Signal hat einen Standardwert von $3 \div 15$ psi ($0,2 \div 1$ bar) und leitet zum pneumatischen Ventil mit einem Nylon- oder Kupferrohr 4x6. Es ist notwendig, daß die pneumatische Verbindungsleitung absolut dicht ist, da auch der kleinste Luftverlust die Charakteristik des Regelungsvorgangs modifizieren würde. Die Dichtheit der Leitung ist sicherzustellen, indem Seifenwasser auf die Verbindungsstücke und Anschlüsse gespritzt wird. Vor der Installation des pneumatischen Ventils ist zu kontrollieren, daß die die Flüssigkeit befördernden Rohre absolut sauber sind; wenn möglich, sollten diese vorher mit Dampf oder Druckluft ausgeblasen werden. Die Installation eines Filters vor dem Ventil hilft, das Eindringen von Schmutzteilen in das Drosselungsorgan zu verhindern.

Um die periodische Instandhaltung der montierten Ventile im Dauerbetrieb zu gewährleisten, ist die Installation von zwei Auffangventilen vor und nach dem Regulationsventil und einem Bypass-Ventil zu empfehlen. Das Bypass-Ventil kann zur manuellen Regulierung des Prozesses verwendet werden im Falle einer vorübergehenden Ausschaltung des Kontrollventils. Die zwei Auffangventile müssen den gleichen Innendurchmesser wie das Regulationsventil haben, damit die manuelle Regulierung besser durchführbar ist. Während der Installation des pneumatischen Ventils ist sicherzustellen, daß die Fließrichtung im Rohr die gleiche ist wie jene, die der Pfeil am Ventilgehäuse anzeigt.



10.4 REGLER MIT AUTOMATISCH/MANUELLEM UMSCHALTER (MOD.251)

Der automatisch/manuelle Umschalter wird verwendet, um die automatische Regulation auszuschließen und manuell arbeiten zu können oder wenn die Regulierung unter sehr schwierigen Umständen durchzuführen ist. Das Schaltpult ist mit einem Umschalter mit zwei Positionen (automatisch und manuell), einem Reglerknopf und einem Manometer, welches den eingestellten Ausgangswert anzeigt, ausgestattet. Bevor ein Regler mit A/M-Funktion eingeschaltet wird, ist zu kontrollieren, ob die Inbetriebnahme genau nach den Illustrationen des Paragraph 3 vorgenommen worden ist.

A - Den Knopf automatisch/manuell auf den Buchstaben "M" (manuell) drehen.

B - Den Reglerknopf drehen, bis das pneumatische Regulationsventil geschlossen ist.

C - Die Auffangventile vor und nach dem Regulationsventil ganz öffnen und sicherstellen, daß das Bypass-Ventil geschlossen ist (siehe Fig. 10.2.1).

D - Noch einmal den Reglerknopf bedienen und das pneumatische Ventil graduell öffnen, bis der schwarze Zeiger des Reglers genau mit dem roten Zeiger übereinstimmt.

E - Den Umschalter auf Position "A"(automatisch) stellen.

Der Umschalter Mod. 251 erlaubt es, von automatischer auf manuelle Regulierung umzuschalten. Diese Operation kann durchgeführt werden, wenn das pneumatische Ausgangssignal auf den gleichen Druck des Reglersignals gebracht worden ist (angezeigt vom Manometer rechts neben dem Regler) und der linke Reglerknopf von Position "A" auf Position "M" umgestellt worden ist.

11. INBETRIEBNAHME

Wenn der Regler über einen Umschalter mit automatisch/manueller Umschaltfunktion verfügt, ist der Schalter auf Position "A" (automatisch) zu stellen.

11.1 ON-OFF REGLER (Fig. 11.1)

A - Den Apparat mit 20 psi ($\pm 1,5$) Druckluft speisen und die Reinigungsschraube des Druckreduktionsfilters öffnen (siehe Fig. 10.1.1) bis sämtliche Kondensrückstände ausgetreten sind.

B - Den Knopf mit der Aufschrift "Set-Point" (25) drehen, und den roten Zeiger (22) des Regulators auf den gewünschten Wert einstellen (Fig. 11).

C - Das proportionale Band durch drehen (10) auf 0% stellen und sicherstellen, daß das Instrument auf die gewünschte Operation eingestellt ist (DIRECT = Ausgangssignal steigt wenn die zu regulierende Variable steigt; REVERSE = Ausgangssignal steigt wenn die zu regulierende Variable fällt).

D - Wenn das Regulationsventil (3) mit Bypass-Ventil (5) ausgestattet ist, kontrollieren, daß Letzteres gut geschlossen ist und daß das Auffangventil (4) stromabwärts montiert vollständig geöffnet ist (siehe Fig.10.2.1).

E - Langsam das Auffangventil (4), welches vor dem Regulationsventil montiert ist, vollständig öffnen (Fig. 10.2.1).

3.2. PROPORTIONALREGLER (P)

(Fig. 11.2)

A - Den Apparat mit 20 psi ($\pm 1,5$) Druckluft speisen und die Reinigungsschraube des Druckreduktionsfilters öffnen (siehe Fig. 10.1.1) bis sämtliche Kondensrückstände ausgetreten sind.

B - Den Knopf mit der Aufschrift "Set-Point" (25) drehen, und den roten Zeiger (22) des Regulators auf den gewünschten Wert einstellen (Fig. 11).

C - Das proportionale Band durch drehen (10) auf 20% stellen und sicherstellen, daß das Instrument auf die gewünschte Operation eingestellt ist (DIRECT = Ausgangssignal steigt wenn die zu regulierende Variable steigt; REVERSE = Ausgangssignal steigt wenn die zu regulierende Variable fällt).

D - Wenn das Regulationsventil (3) mit Bypass-Ventil (5) ausgestattet ist, kontrollieren, daß Letzteres gut geschlossen ist und daß das Auffangventil (4) stromabwärts montiert vollständig geöffnet ist (siehe Fig. 10.2.1).

E - Langsam das Auffangventil (4), welches vor dem Regulationsventil montiert ist, vollständig öffnen (siehe Fig. 10.2.1).

F - Wenn die Regulation dazu neigt, kontinuierlich im Bezug zum roten Zeiger mit der Schreibfeder auszupendeln, ist graduell der Wert des proportionalen Bandes zu erhöhen, bis die Stabilität wieder erreicht ist.

G - Um sicherzustellen, daß der gewählte Wert des Bandes passend ist, absichtlich eine Störung herbeiführen, indem der rote Zeiger schnell verstellt wird. Tritt die Auspendelung immer noch auf, ist der Wert des Bandes noch so oft leicht zu erhöhen, bis die Stabilität wiederhergestellt ist. Die beste Einstellung erhält man mit dem engsten proportionalen Band, welches noch mit der Stabilität der verschiedenen Ladungen kompatibel ist.

H - Es kann passieren, daß die Schreibfeder nicht perfekt mit dem roten Zeiger des gewünschten Wertes übereinstimmt. Um diese Abweichung zu beseitigen, den Reset-Knopf manuell drehen (14).

3.3. PROPORTIONAL + INTEGRAL (P+I) REGLER (Fig. 11.3)

A - Den Apparat mit 20 psi ($\pm 1,5$) Druckluft speisen und die Reinigungsschraube des Druckreduktionsfilters öffnen (siehe Fig. 10.1.1), bis sämtliche Kondensrückstände ausgetreten sind.

B - Das Ventil (48) für die Integralfunktion im Uhrzeigersinn drehen. Den Knopf mit der Aufschrift "Set Point" (25) drehen, und den roten Zeiger (22) des Regulators damit auf den Wert 9 psi (Fig. 11) als Ausgangssignal (21) des Manometers bringen. Das Ventil (48) komplett schließen, indem dieses bis zum Anstehen gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

C - Den Knopf mit der Aufschrift "Set-Point" (25) neuerlich drehen, und den roten Zeiger (22) des Regulators auf den gewünschten Wert einstellen.

D - Das proportionale Band durch drehen (10) auf 20% stellen und sicherstellen, daß das Instrument auf die gewünschte Operation eingestellt ist (DIRECT = Ausgangssignal steigt wenn die zu regulierende Variable steigt; REVERSE = Ausgangssignal steigt wenn die zu regulierende Variable fällt).



E - Wenn das Regulationsventil (3) mit Bypass-Ventil (5) ausgestattet ist, kontrollieren, daß Letzteres gut geschlossen ist und daß das Auffangventil (4) stromabwärts montiert vollständig geöffnet ist (siehe Fig.10.2.1).

F - Langsam das Auffangventil (4), welches vor dem Regulationsventil montiert ist, vollständig öffnen (siehe Fig. 10.2.1).

G - Wenn die Regulation dazu neigt, kontinuierlich im Bezug zum roten Zeiger mit der Schreibfeder auszupendeln, ist graduell der Wert des proportionalen Bandes zu erhöhen bis die Stabilität wieder erreicht ist.

H - Um sicherzustellen, daß der gewählte Wert des Bandes passend ist, absichtlich eine Störung herbeiführen, indem der rote Zeiger schnell verstellt wird. Tritt die Auspendelung immer noch auf, ist der Wert des Bandes noch so oft leicht zu erhöhen, bis die Stabilität wiederhergestellt ist. Die beste Einstellung erhält man mit dem engsten proportionalen Band, welches noch mit der Stabilität der verschiedenen Ladungen kompatibel ist.

I - Es kann passieren, daß die Schreibfeder nicht perfekt mit dem roten Zeiger des gewünschten Wertes übereinstimmt. Um diese Abweichung zu beseitigen, das Ventil für die Integralfunktion (48) graduell öffnen, bis die Zeiger übereinstimmen und danach absichtlich eine Störung herbeiführen, indem der rote Zeiger des Set-Point schnell verstellt wird; beginnt die Schreibfeder auszupendeln, ist das Ventil langsam zu schließen, bis die Pendelbewegung abgeklungen ist und die zwei Zeiger übereinanderstehen. Neuerdings eine Störung herbeiführen und die Auspendelung des schwarzen Zeigers kontrollieren; wenn notwendig, noch einmal das Ventil (48) betätigen und die Kontrolle wiederholen.



12. INSTANDHALTUNG

Für die normale Wartung des Reglers folgendermaßen vorgehen:

- 1) Den Filter der Zufuhrleitung täglich reinigen und die Unreinheiten daraus völlig entfernen.
- 2) Das pneumatische Ventil in gutem Zustand erhalten und Reibungen oder Spielräume vermeiden, die mit der Regelung interferieren können.

13. FEHLFUNKTION: SYMPTOME, URSACHEN UND BEHEBUNG

Bevor am Instrument gearbeitet wird, das Folgende überprüfen:

- Korrekte Versorgung des Instrumentes
- Pneumatik- und Prozeßanschlüsse
- Funktionieren und Status des Kontrollventils

SYMPTOM	URSACHE	BEHEBUNG
Die Regulierfunktion ist minimal oder nicht vorhanden, der Ausgangsdruck ist konstant niedrig oder gleich Null.	Falsche Aktionsrichtung	Korrektur - siehe Kapitel 11
	Engstelle des Relais ist verstopft	Reinigen - siehe Kapitel 14.1
	Pneumatisches Relais verschmutzt	Reinigen - siehe Kapitel 14.3
	Beschädigte Membran des Regulationsventiles	Verifizieren und die Membran wenn nötig ersetzen
Der Kontrollpunkt verstellt sich bei Erweiterung des proportionalen Bandes	Pneumatisches Relais verschmutzt	Reinigen - siehe Kapitel 14.3
	Membranen des Relais beschädigt	Die Membranen ersetzen - siehe Kapitel 14.3
	Regulationseinheit nicht linear	In Linie bringen -siehe Kapitel 16
Der Zeiger der regulierten Variable weicht mehr als 1% vom realen Wert ab	Messelement nicht auf Null gestellt	Nulleinstellung vornehmen - siehe Kapitel 15

SYMPTOM	URSACHE	BEHEBUNG
Die Kontroll-Variabel weicht vom gewünschten Wert ab (OFF-SET)	Der Zeiger der Kontroll-Variabel pendelt und stabilisiert sich nicht	Die Leckstelle ausfindig machen und beseitigen
	Zu hoher Wert des proportionalen Bandes	Verringern - siehe Kapitel 11
	Geringe Geschwindigk. der Integralaktion (P+I Regler)	Die Anzahl der Wiederholungen pro Minute erhöhen - siehe Kapitel 11.3
	Der Hahn für das Integralverhalten ist beschädigt (P+I Regler)	Den Hahn ersetzen
	Engstelle des Relais ist teilweise verstopft	Reinigen - siehe Kapitel 14.1
Das Ausgangssignal ist konstant hoch unabhängig von der Position des Zeigers der regulierten Variable im Bezug zum Zeiger des SET-POINT	Düse ist verstopft oder verschmutzt	Reinigen - siehe Kapitel 14.2
	Undichter O-Ring der Engstelle des Relais	Den O-Ring ersetzen - siehe Kapitel 14.1
	Pneumatisches Relais verschmutzt	Reinigen - siehe Kapitel 14.3
	Membran des Relais beschädigt	Die Membranen ersetzen - siehe Kapitel 14.3
Der Zeiger der Kontroll-Variabel pendelt und stabilisiert sich nicht	Falsche Werte des proportionalen Bandes oder des Integralverhaltens	Korrektur - siehe Kapitel 11
	Reibung im Regulationsventil	Überprüfen und Wartung durchführen
	Regulationsventil überdimensioniert	Die Größe im Verhältnis zu den Betriebsbedingungen prüfen




14. REINIGUNG DES REGLERS

14.1 REINIGUNG ENGSTELLE

Die Schraube (13) entfernen (siehe Fig. 14.1.1) und mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsdraht, der sich am Deckel im Inneren des Instrumentes befindet, säubern (Fig.14.1.2). Im Falle einer starken Verschmutzung der Engstelle, kann die Reinigung auch mit einem Bad in Trychloräthylen und Ausblasen mit Druckluft fortgesetzt werden. Bevor die Schraube (13) abgenommen wird, die O-Ringe mit einer Schicht von Silicon-Wärmeleitpaste schmieren.

14.2 REINIGUNG DER DÜSE

Die Schraube (8) entfernen (Fig. 14.1.1), die Skalenscheibe (54) und das Rohr (9) herausnehmen und mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsdraht, der sich am Deckel im Inneren des Instrumentes befindet, säubern (Fig. 14.2.2). Während dieser Operation die Klappe von der Düse abheben, um Schrammen zu vermeiden. Bevor das Rohr (9) wieder aufmontiert wird, den Dichtungs-O-Ring mit einer Schicht von Silicon-Wärmeleitpaste schmieren.



14.3 REINIGUNG DES RELAIS

Die Präsenz von Öl oder Kondenswasser in der zugeführten Luft kann die Reinigung der Membranen (31) und (35) und der inneren Teile des Relais (siehe Fig. 14.3.2) erforderlich machen. Zur Demontage des Relais folgendermaßen vorgehen:

- 1) Die dafür vorgesehene Fixierplatte vom Rohr (9) zum Relais (siehe Fig. 14.3.1) lösen.
- 2) Das untere Verbindungsstück des Rohres (9) entfernen (siehe Fig. 14.3.1).
- 3) Die drei Fixierschrauben (27) entfernen (siehe Fig. 14.3.1) und das Relais herausnehmen.
- 4) Die drei Sechskantschrauben entfernen (28, Fig. 14.3.2), das Relais zerlegen und die Reinigung oder Auswechslung der Membranen durchführen.
- 5) Das Relais wieder zusammensetzen. Dabei exakt nach der Zeichnung auf Fig. 14.3.2. vorgehen.




Fig. 14.3.3 "ZUSAMMENBAU DER TEILE (32) UND (35)"






Fig. 14.3.4 "ZUSAMMENBAU DER TEILE (38), (39) UND (41)"



15. NULLEINSTELLUNG DES MESSELEMENTES

Um eventuelle kleine Abweichungen der Schreibfeder der gemessenen Variable vom realen Wert zu korrigieren, den Verbindungsstab (45) drehen (siehe Fig 16.1.1).

16. KALIBRIERUNG DER INSTRUMENTE

DIE IN DIESEM KAPITEL BESCHRIEBENEN VORGÄNGE DÜRFEN NUR VON AUTORISIERTEM PERSONAL, WELCHES ÜBER DIE ENTSPRECHENDEN KENNTNISSE UND WERKZEUGE VERFÜGT, DURCHGEFÜHRT WERDEN.

16.1 KALIBRIERUNG DES EMPFINDLICHEN ELEMENTES (SERIE W150)

Die Kalibrierung des Geräts wird durch drei Basiskalibrierungen, die untereinander kombiniert werden, durchgeführt. Diese drei Kalibrierungen sind folgende:

- Nulleinstellung: versetzt die gesamte Skala um den ganzen Wert
- Feldregelung: erhöht oder verringert den Vollausschlag
- Linearitätsregelung: regelt die Linearität des Instrumentes

Die folgende Prozedur basiert auf der Werten 0%, 50% und 100% des Skalenbereiches. Wenn das Instrument ein Element zur Temperaturmessung verwendet, die 0% mit 20% und die 100% mit 80% ersetzen.

Siehe Fig. 16.1.1 für Temperatur- und Druckelemente.

Siehe Fig. 16.1.2 für Empfangselemente mit 3÷15.

NULLEINSTELLUNG

- 1) Die Kontrollvariable auf 0% einstellen: die Schreibfeder muß 0% \pm 1% Vollausschlag anzeigen.
- 2) Tritt dies nicht ein, mittels des Verbindungsstabes (45) nachregeln, bis man den Vollausschlag 0% \pm 1% erreicht.

FELDREGELUNG

- 1) Die Kontrollvariable auf 100% einstellen: die Schreibfeder muß 100% \pm 1% Vollausschlag anzeigen.
- 2) Tritt dies nicht ein, die Platte "C" verschieben, indem die dafür vorgesehene Schraube gelockert und der schwarze Zeiger auf den gleichen und entgegengesetzten Wert des Fehlerwertes gebracht wird.
- 3) Die Nulleinstellung wiederholen.
- 4) Die vorangegangenen Schritte solange wiederholen, bis die gewünschte Anzeige erreicht ist.

LINEARITÄTSREGELUNG

- 1) Die Kontrollvariable auf 50% einstellen: zeigt die Schreibfeder 50% \pm 1% Vollausschlag an, ist die Kalibrierung komplett.
- 2) Tritt dies nicht ein, kann zur Linearitätseinstellung an dem Rotationswinkel des Motorarms (51) etwas geändert werden, indem die dafür vorgesehenen Schrauben gedreht werden. Im Uhrzeigersinn drehen, ist die Anzeige größer als die gewünschte. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, ist die Anzeige kleiner als die gewünschte.
- 3) Die Nulleinstellung, die Feldregulierung und die Linearitätsregelung so oft durchführen, bis die gewünschten Resultate erzielt werden.

16.1. A KALIBRIERUNG DER POTENZIOMETER-LEITERPLATTE (SERIE W650EP)

1. Ein Eingangssignal von 0% auf der Skala des Instrumentes simulieren.
2. Die Schraube des Trimmers PT1 (siehe Fig. 16.1.A.) drehen und den Zeiger auf 0% der Skala einstellen.
3. Ein Eingangssignal von 100% auf der Skala des Instrumentes simulieren.
4. Die Schraube des Trimmers PT2 (siehe Fig. 16.1.1) drehen und den Zeiger auf 100% der Skala einstellen.

16.2 AUSRICHTUNG DER REGLEREINHEIT

- 1) Den Verbindungsstab (45) bei Punkt "A" loslösen.
- 2) Mit einer Klammer den roten und den schwarzen Zeiger auf einem beliebigen Punkt der Skala festklammern.
- 3) Den Regler mit 20 psi speisen
- 4) Den Ring des proportionalen Bandes auf den Wert "unendlich" einstellen.
- 5) Kontrollieren, daß das Ausgangssignal 9 psi anzeigt. Tritt dies nicht ein, ist bei einem rein proportionalen Regler der Ring (14 Fig.11.2) zu drehen, bis das Ausgangssignal den Wert 9 psi erreicht hat. Handelt es sich um einen P+I Regler, leicht an dem Verbindungsstab (46) agieren, um das gleiche Resultat zu erhalten.
- 6) Das proportionale Band auf 20% einstellen (direkt oder invers).
- 7) Durch drehen des proportionalen Bandes dieses auf den gleichen und entgegengesetzten Wert, wie unter Punkt 6 festgesetzt, bringen und dabei kontrollieren, daß das Ausgangssignal immer 9 psi beträgt.

Achtung: Ist das Ausgangssignal nicht gleich $9 \text{ psi} \pm 1$, den Verbindungsstab (46) regulieren, auch wenn es sich um einen rein proportionalen Regler handelt.

- 8) Den vertikalen Verbindungsstab wieder am Punkt "A" anschließen.

